

ПРОТОКОЛ

№4

за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, съгласно Решение № Д-137 от 03.07.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за обявяване на обществената поръчка.

На 03.09.2015 г. в 10:30 часа, в учебна зала „проф. д-р Райко Запрянов“ на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1, комисия в състав:

Председател: 1. г-жа Първолета Колева – магистър по фармация,

Членове: 2. г-жа Милена Трифонова – адвокат САК,

3. г-жа Розалина Боева – в. и. д. главна медицинска сестра;

4. г-жа г-жа Мария Логодашка,

5. г-жа Станислава Бачева, определена за редовен член на комисията със заповед Д-177/24.08.2015 г. на мястото на г-жа Мария Мушева – експерт обществени поръчки, правотношението с която е прекратено считано от 17.08.2015 г.;

определена със Заповед № Д-154 от 03.08.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, продължи работата по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”.

Комисията се увери, че протокол 2 е публикуван в профила на купувача на възложителя на 26.08.2015 г.

Комисията се увери, че протоколът е изпратен на всички участници на 26.08.2015 г. по електронен път, на адресите за електронна поща, посочени във формуляра „Административни сведения“ за всеки от участниците.

В законоустановеният срок от 5 работни дни в деловодството на възложителя е постъпило допълнение към офертите, както следва:

вх. № 956 от 31.08.2015 г. от „Агарта – ЦМ” ЕООД.

Като установи, че законоустановеният срок от 5 работни дни е изтекъл за единствения кандидат за участие в процедурата, за офертите на който в протокол 2 е констатирана липса на мостри (несъответствие), комисията пристъпи към разглеждане на допълнението на офертата на „Агарта – ЦМ” ЕООД; преценка за пълнота на офертите на „Агарта – ЦМ” ЕООД и преценка за съответствието на мострите с изискванията, определени в техническата спецификация и с действащи нормативни актове, за обособени позиции 4 и 11.

Комисията установи, че „Агарта – ЦМ” ЕООД е представил приемо-предавателен протокол за мостри, описани по следния начин:

За обособена позиция 4:

4.1. Адаптори за абокати.

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция 4.1. Двулуменен катетър по техниката Селдингер – комплект.

4.2. Периферен венозен катетър 18G

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Трилуменен катетър по техниката Селдингер – комплект.

4.3. Периферен венозен катетър 20G

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Централен венозен катетър № 335 по техниката катетър през канюла.

4.4. Периферен венозен катетър 22G

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Централен венозен катетър № 338 по техниката катетър през канюла.

4.5. Периферен венозен катетър 24G

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Централен венозен катетър № 458 по техниката катетър през канюла.

4.6. Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 21

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Еднократни тапи за периферни и централни венозни катетри в индивидуални опаковки.

4.7. Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 23

Представеното изделие съответства на записа в протокола на участника. Същото не съответства на изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация. Възложителят изсква за позиция Диализен катетър по техниката Селдингер (комплект).

„Агарта – ЦМ” ЕООД не е представила мостри за следните елементи от обособена позиция 4, описани в техническата спецификация:

№	АРТИКУЛ	МЯРКА	СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦИ ОТ МЯРКАТА „до”
4.8	Диализен катетър по техниката Селдингер (комплект)	Бр.	1. Двуменен временен катетър; 2. Позволяващ достъп до вена югуларис, вена субклавия и вена феморалис; 3. Размери на катетъра – 4/12/20 мм.; 4. Лумен 11/11 G; 5. Водеща жица с диаметър 0.89 мм и дължина 50 см.	35
4.9	Уред за прецизен контрол на вливането; набор за венозно приложение (система).		Стерилен , 180 см дължина уред за прецизен контрол на вливането със съответен набор за венозно приложение, дължина – 180 см и над 180 см , непирогенен , стерилен , несъдържащ латекс и алергени, За инфузия със заместими помпи (инфузомат)	160

Поради констатираното несъответствие на мострите с изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация за елементи 4.1. до 4.7. включително от техническата спецификация, както и непредставяне на мостра за елементи 4.8. и 4.9., което води до липсата на комплексност на офертата по обособена позиция № 4, комисията реши: на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 предлага за отстраняване участникът „Агарта – ЦМ” ЕООД по обособена позиция № 4.

По обособена позиция № 11

Комисията установи, че в представения от „Агарта – ЦМ” ЕООД приемопредавателен протокол за мостри е описано изделие по следния начин:

11.8. спринцовка за контраст.

Предоставената мостра за позиция 11 – елемент 11.8 не отговаря на номера и наименованието в техническата спецификация. Предоставена е спринцовка с вместимост 60 мл, посочена като спринцовка за контраст, която по спецификация на възложителя е с № 11.12 и не отговаря за изискването на вместимост за елемент 11.8. - 200мл.

Поради констатираното несъответствие на мострата с изискванията на възложителя, определени с техническата спецификация за елемент 11.8., което води до липсата на комплексност на офертата по обособена позиция № 11, комисията реши: на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 предлага за отстраняване участникът „Агарта – ЦМ” ЕООД по обособена позиция № 11.

Комисията единодушно РЕШИ:

I. за обособени позиции 3, 4, 5, 11, 13, 14 и 15 да предложи на възложителя прекратяване на обществената поръчка, а след влизането в сила на решението за прекратяване взимане на решение и подготовка на документация за провеждане на процедура за нова обществена поръчка.

II. След като установи, че критерият за оценка и класиране на офертите е „най-ниска предложена цена“:

1. Отварянето и обявяването на ценовите предложения за обособени позиции 1, 2, 8, 9, 10, 12, 16 и 17 на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията, да се състои на 08.09.2015г. в 09:30 ч., в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

2. Възлага на г-жа Станислава Бачева в изпълнение на взетото решение на 03.09.2015 г. да изпрати за публикуване на 03.09.2015 г. в профила на купувача настоящия протокол и съобщение до участниците в процедурата, с което да ги покани да присъстват на отварянето и обявяването на ценовите предложения.

Протоколът се подписа на 03.09.2015 г.

КОМИСИЯ:

Първолета Колева...

/подпис/

адв. Милена Трифонова.

г-жа Розалина Боева

/подпис/

г-жа Мария Логодашка..

/по

г-жа Станислава

/г