

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	МЯРКА	СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ	Количество
Течен медицински кислород	КГ	норма , обемни единици 99,5 % долна граница , допустимо количество на CO - 5 ppm, на CO2 - 300 ppm и водни пари 67 ppm	30000

Участниците трябва да предлагат продукти, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба. Участниците трябва да имат технически възможности за изпълнение на поръчката.

Участникът трябва да декларира, че е в състояние да осигури/изгради необходимата инсталацията за съхранение на течния медицински кислород, която включва резервоара за съхранение и изпаряване на продукта и други помощни съоръжения. Продукта трябва да се доставя чрез специализирана криогенна мобилна цистерна за газове и да се преточва с помпа в стационарен криогенен съд (петкубикова цистерна) собственост на участника.

Инсталацията да бъде инженерно оразмерена, така че да работи безаварийно при максимален часов разход на кислород 60 (м3/ч) зададен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Инсталацията трябва да притежава техническо досие и инструктаж за работа.

Замътно
на отговорите
с. 2 от 33ЛО

Замътно
на отговорите
с. 2 от 33ЛО